

PULPDENT

Root Canal Sealer

NÁVOD NA POUŽITÍ

POPIS VÝROBKU

Pulpdent Root Canal Sealer je ADA registrovaný materiál na trvalé plnění kořenových kanálků, který splňuje specifikace ANSI/ADA č. 57 pro endodontickou výplň typu III, třídy 1. Má speciální konzistenci, aby umožňoval aplikaci pomocí 0,7mm tenké jehly vložené do Pulpdent Pressure Aplikátoru. Díky tomu může zaplnit jakékoliv nerovnosti a vedlejší kanálky. Materiál se také výborně aplikuje pomocí lentule.

Pulpdent Root Canal Sealer je radioopákní, tkáňově kompatibilní, bakteriostatický materiál nerozpustný v kořenovém kanálku. Je pomalu tuhnoucí, plné tvrdosti dosáhne během 24-36 hodin. Během tuhnutí mírně expanduje a zajišťuje tak perfektní okrajový uzávěr. Materiál je možno v případě potřeby odstranit i po ztuhnutí kořenovými nástroji. Pulpdent Root Canal Sealer se vstřebává v kořenech dětských zubů a je doporučován k endodontickému ošetření dočasného i trvalého chrupu. Lze jej používat samostatně, nebo ve spojení s Gutaperčovými čepy.

SLOŽENÍ

Prášek: zink-oxid, zink-stearát, calcium-fosfát a báriium-sulfát. **Tekutina:** eugenol a kanadský balzám

TECHNICKÁ DATA

Specifikace: Endodontická výplň dle specifikace ANSI/ADA č.57, typu III, třídy 1

Míchací poměr: 1g prášku : 0,3ml tekutiny (3 lžičky prášku : 2 kapky tekutiny)

Odměření: Důkladně protřepejte lahvičku s práškem, teprve poté odměřte prášek. Při odměřování tekutiny držte lahvičku vertikálně.

Pracovní čas: minimálně 30 minut

Doba tuhnutí: 24-36 hodin

Skladování: uchovávejte při běžné pokojové teplotě (22°C) mimo dosah přímého slunečního svitu.

APLIKACE POMOCÍ LENTULE

Smíchejte prášek a tekutinu do požadované konzistence a naneste do kořenového kanálku pomocí lentulového plniče.

Objednávky a informace: **Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel: 067/ 792 62 26-7, e-mail: hufa@hufa.cz**

PULPDENT

Root Canal Sealer

NÁVOD NA POUŽITÍ

POPIS VÝROBKU

Pulpdent Root Canal Sealer je ADA registrovaný materiál na trvalé plnění kořenových kanálků, který splňuje specifikace ANSI/ADA č. 57 pro endodontickou výplň typu III, třídy 1. Má speciální konzistenci, aby umožňoval aplikaci pomocí 0,7mm tenké jehly vložené do Pulpdent Pressure Aplikátoru. Díky tomu může zaplnit jakékoliv nerovnosti a vedlejší kanálky. Materiál se také výborně aplikuje pomocí lentule.

Pulpdent Root Canal Sealer je radioopákní, tkáňově kompatibilní, bakteriostatický materiál nerozpustný v kořenovém kanálku. Je pomalu tuhnoucí, plné tvrdosti dosáhne během 24-36 hodin. Během tuhnutí mírně expanduje a zajišťuje tak perfektní okrajový uzávěr. Materiál je možno v případě potřeby odstranit i po ztuhnutí kořenovými nástroji. Pulpdent Root Canal Sealer se vstřebává v kořenech dětských zubů a je doporučován k endodontickému ošetření dočasného i trvalého chrupu. Lze jej používat samostatně, nebo ve spojení s Gutaperčovými čepy.

SLOŽENÍ

Prášek: zink-oxid, zink-stearát, calcium-fosfát a báriium-sulfát. **Tekutina:** eugenol a kanadský balzám

TECHNICKÁ DATA

Specifikace: Endodontická výplň dle specifikace ANSI/ADA č.57, typu III, třídy 1

Míchací poměr: 1g prášku : 0,3ml tekutiny (3 lžičky prášku : 2 kapky tekutiny)

Odměření: Důkladně protřepejte lahvičku s práškem, teprve poté odměřte prášek. Při odměřování tekutiny držte lahvičku vertikálně.

Pracovní čas: minimálně 30 minut

Doba tuhnutí: 24-36 hodin

Skladování: uchovávejte při běžné pokojové teplotě (22°C) mimo dosah přímého slunečního svitu.

APLIKACE POMOCÍ LENTULE

Smíchejte prášek a tekutinu do požadované konzistence a naneste do kořenového kanálku pomocí lentulového plniče.

Objednávky a informace: **Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel: 067/ 792 62 26-7, e-mail: hufa@hufa.cz**