

PRINT SPECIFICATION PAGE ONLY.
DO NOT PRINT THIS PAGE IN FINAL IFU.

INSTRUCTIONS FOR USE – PRINT SPECIFICATIONS

Instructions for Use – Silane		
PART NUMBER	DMC1650	
REVISION	03	
REVISION DATE	2022-01	
BINDING	Fold, Glue shut	
CORNER	N/A	
COLORS	1/1 Black	
SIZE	Flat: 22 inches (W) x 10.5 inches (H) / Folded: 2.75 inches (W) x 1.75 inches (H)	
PAGE COUNT	2 pages front and back + 1 page front / 2 pieces	
MATERIAL	40 grams per square meter 30-32# offset	
ADHESIVE MATERIAL	Glue dot/fugitive glue	
COATING	N/A	
DIELINE	Blueline Does Not Print	
LANGUAGES: 34	en-ENGLISH	ENGLISH
	es-SPANISH	ESPAÑOL
	fi-FINNISH	SUOMI
	fr-FRENCH	FRANÇAIS
	tr-TURKISH	TÜRKÇE
	de-GERMAN	DEUTSCH
	hu-HUNGARIAN	MAGYAR
	ro-ROMANIAN	ROMÂNÂ
	nl-DUTCH	NEDERLANDS
	no-NORWEGIAN	NORSK
	pl-POLISH	POLSKI
	pt-PORTUGUESE	PORTUGUÊS
	it-ITALIAN	ITALIANO
	cs-CZECH	ČESKÝ
	sv-SWEDISH	SVENSKA
	et-ESTONIAN	EESTI
	da-DANISH	DANSK
	bg-BULGARIAN	БЪЛГАРСКИ
	el-GREEK	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
	sk-SLOVAK	SLOVENSKÝ
	sl-SLOVENIAN	SLOVENSKÍ
	ru-RUSSIAN	РУССКИЙ
	lt-LITHUANIAN	LIETUVIŲ
	sr-SERBIAN	SRPSKI
	is-ICELANDIC	ÍSLENSKA
	uk-UKRAINIAN	УКРАЇНСЬКА
	ko-KOREAN	한국어
	ja-JAPANESE	日本語
	zh-MANDARIN SIMPLIFIED	简体中文
	zh-t-MANDARIN TRADITIONAL	中文繁體版
	id-INDONESIAN	BAHASA INDONESIA
	vi-VIETNAMESE	TIẾNG VIỆT

	he-Hebrew	עברית
	ar-ARABIC	العربية
SUPPLIER	CPG	

ACONTECIMENTOS ADVERSOS

Se ocorrer um incidente grave com este dispositivo médico, com o/a fabricante e às autoridades competentes do país de origem do utilizador e/ou paciente.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO

- Condição ou aplique jato de areia numa restauração indireta de acordo com as instruções do fabricante.
- Aplique o Silane nas zonas internas da restauração.
- Deixe o Silane na superfície durante 60 segundos. Não toque com as mãos.
- Seque o Silane com jato de ar fino.
- Pros siga com o processo de cimentação de acordo com as instruções do fabricante do cimento a sua escolha.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Manuseie sempre o frasco com luvas limpas. Não reutilize se houver contaminação.

ARMAZENAMENTO E ELIMINAÇÃO

O produto deve ser armazenado a uma temperatura entre 2 °C e 8 °C (36 °F e 46 °F). Refrigere o produto imediatamente após a entrega e quando não estiver a ser utilizado. Deixe que o produto atinja a temperatura ambiente antes da utilização.

A data de validade está indicada na embalagem. Não use após a data de validade.

Para uma eliminação adequada, siga sempre os regulamentos locais e nacionais.

GARANTIA LIMITADA – Limitação de responsabilidade da Pentron

O aconselhamento técnico da Pentron, nomealmente por escrito, destina-se a ajudar os dentistas a utilizar os produtos da Pentron. O dentista assume todos os riscos e a responsabilidade por danos causados pelo uso inadequado do produto da Pentron. Em caso de defeito de material ou de fabrico, a responsabilidade da Pentron limita-se, por opção da Pentron, a substituição do produto defeituoso ou da peça do mesmo, ou ao reembolso do custo efetivo do produto defeituoso. Esta garantia limitada *não* é válida mediante a devolução do produto defeituoso à Pentron. Em circunstância alguma a Pentron será responsável por danos indiretos, incidentais ou consequentes.

EXCETO NOS TERMOS EXPRESSAMENTE INDICADOS ACIMA, A PENTRON NÃO DÁ GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS RELATIVAS À DESCRIÇÃO, QUALIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM.

CONTÉUDO

Explicação completa dos símbolos usados nas embalagens Pentron em: <http://www.pentron.com/symbols-glossary>

it - ITALIANO

Silane™

Primer

Silane é un primer adesivo monocomponente utilizzato per migliorare la forza e la durabilità dell'adesione tra materiali a base di resina e materiale a base di porcellana o composto per restaura.

Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di odontoiatri qualificati.

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto contiene silano e alcol.

INDICAZIONI PER L'USO

Silane si usa per preparare la superficie della porcellana o di prodotti in resina polimerizzata, come corone, ponti, intarsi inlay e onlay, facette, ecc. per consentire l'adesione alla dentina o allo smalto.

CONTRAINDICAZIONI
Nessuna nota.

AVVERTENZE

- Non utilizzare questo prodotto su pazienti con allergie note al metanol.
- Evitare l'esposizione della pelle, degli occhi e delle mucose a questo prodotto. Lavare accuratamente con acqua dopo il contatto. Richiedere assistenza medica in caso di contatto con gli occhi. Non per uso interno.

PRECAUZIONI

- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di odontoiatri qualificati su una popolazione generale di pazienti.
- Indossare dispositivi di protezione individuale durante l'uso e la manipolazione di questo prodotto.

- Chiudere bene il flacone immediatamente dopo l'uso.

EVENTI AVVERSI

Si è dovesse verificare un incidente grave con questo dispositivo medico, segnalarlo al produttore e all'autorità competente del paese di residenza dell'utente e/o del paziente.

ISTRUZIONI PASSO-PASSO

- Mordenzare o sabbare un restauro indiretto secondo le istruzioni del produttore.
- Applicare Silane alla superficie intera del restauro.
- Lasciarlo sulla superficie per 60 secondi. Non toccare con le mani nude.
- Asciugare Silane con un getto d'aria.

- Proseguire con la procedura di cementazione in conformità con le istruzioni del produttore del cemento prescelto.

PULIZIA E DISINFESTIONE

Maneggiare sempre il flacone usando guanti puliti. In caso di contaminazione, non riutilzare.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO
Il prodotto deve essere conservato fra i 2 °C e gli 8 °C (36 °F-46 °F). Mettere in frigorifero il prodotto appena lo si riceve e quando non viene utilizzato. Consentire al prodotto di raggiungere la temperatura ambiente prima dell'uso.

La data di scadenza è indicata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Per lo smaltimento corretto, attenersi sempre alle normative locali e nazionali.

GARANTIA LIMITATA: Limiti di responsabilità di Pentron

I suggerimenti tecnici di Pentron, verbali o scritti, hanno lo scopo di assistere i dentisti nell'uso del prodotto Pentron. Il dentista si assume tutti i rischi e la responsabilità di eventuali danni dovuti all'uso improprio del prodotto Pentron. In caso di difetti del materiale o di fabbricazione, la responsabilità di Pentron è limitata, a discrezione di Pentron, alla sostituzione del prodotto difettoso o a una sua parte o al rimborso del costo effettivo del prodotto difettoso. Per avvalersi di questa garanzia limitata, è necessario restituire il prodotto difettoso a Pentron. In nessun caso Pentron sarà responsabile per danni consequenziali, incidentali o indiretti.

A ECCEZIONE DI QUANTO ESPlicitAMENTE DICHIARATO QUI SOPRA, NON ESISTONO ALTRE GARANZIE, FORNITE DA PENTRON, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE RELATIVE A DESCRIZIONE, QUALITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE.

CONTENUTO

Una spiegazione completa dei simboli utilizzati nelle confezioni Pentron è disponibile all'indirizzo: <http://www.pentron.com/symbols-glossary>

cs – ČESKY

Silane™

Primer

Prostředí Silane je jednozložkový adhezivní primer, který se používá ke zvýšení pevnosti a trvanlivosti spojení mezi materiály na bázi pryskyřice a jakýmkoli porcelánovým nebo kompozitním výplňovým materiálem.

Tento výrobek je určen k použití kvalifikovanými zubními profesionály.

SLOŽENÍ VÝROBKU

Výrobek obsahuje silan a alkohol.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

VAROVÁNÍ

- Přípravek nepoužívejte u pacientů se známou přecitlivělostí na metanol.

- Zabraňte styku produktu s pokožkou, očima a měkkými tkáněmi. Po kontaktu řádně propláchněte vodou. Pokud došlo k zasažení očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Neužívat vnitřně.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Tento výrobek je určen k použití kvalifikovanými zubními profesionály u obecné populace pacientů.

- Při použití a manipulaci s tímto výrobkem použijte osobní ochranné prostředky.

- Inheld po použití lahvičku s přípravkem pevně uzavzte.

NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY

Jestliže u tohoto zdravotnického prostředku dojde k závažné nežádoucí příhodě, nahlaste ji výrobci a příslušnému orgánu v zemi, kde sídlí uživatel a/nebo pacient.

POKYNÝ KROK ZA KROKEM

- Nepřímou výplň nalezpete nebo opiskute podle pokynů výrobce.
- Naneste silan na vnitřní povrch výplně.

- Silan nechte na povrchu působit 60 sekund. Nedotýkejte se rukama.
- Osušte silan proudem vzduchu z trysky.
- Postupujte při cementování podle pokynů výrobce zvoleného cementu.

ČISTĚNÍ A DEZINFEKCE

Při manipulaci s lahvičkou vždy používejte čisté rukavice. Došlo-li ke kontaminaci produktu, nepoužívejte jej nikde.

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE
Produkt má být uchovávan při teplotách v rozmezí 2–8 °C (36–46 °F). Inheld po odběručl uťte produkt do chladničky a uchovávejte v ní, pokud materiál nepoužijete. Před použitím ponechte výrobek teplotou na pokojovou teplotu.

Datum spotřeby je vyznačeno na obalu. Nepoužívat po uplynutí data expirace.

Vždy dodržujte místní a celostátní předpisy pro správnou likvidaci.

OMEZENÁ ZÁRUKA – Omezení odpovědnosti společnosti Pentron
Technické pokyny společnosti Pentron, ať uštní nebo písemné, mají pomáhat stomatologům při používání výrobků společnosti Pentron. Stomatolog není zodpovědný za škody vzniklé nesprávným používáním výrobků společnosti Pentron. V případě vady materiálu nebo zpracování je odpovědnost společnosti Pentron omezena, na základě uvážení společnosti Pentron, na výměnu vadného výrobku z jeho části, nebo na vrácení skutečné ceny vadného výrobku. Podmínkou uplatnění této omezené záruky je vrácení vadného výrobku společnosti Pentron. Společnost Pentron nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli nepřímé, náhodné nebo následné škody.

KROMĚ VÝŠE UVEDENÉHO UVEDENÉHO, SPOLEČNOST PENTRON NEPOSKYTUJE ŽADNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUK VZTAHÝJÍCÍCH SE NA POPIS, KVALITU NEBO VÝHODNOST PRO KONKRETNÍ ÚČEL.

EXCETO VÝŠE UVEDENÉHO, SPOLEČNOST PENTRON NEPOSKYTUJE ŽADNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUK VZTAHÝJÍCÍCH SE NA POPIS, KVALITU NEBO VÝHODNOST PRO KONKRETNÍ ÚČEL.

Kasutiset kõrvaldamisel järgige alati kohalikke ja riiklikke eeskirju.

sv - SVENSKA

Silane™

Primer

Silane är en enkomponentsadhesivprimer som används för att förbättra bindingsstyrkan och hållbarheten mellan hartsbaserade material och alla porlän- eller kompositrestaurerande material.

Denna produkt är avsedd att endast användas av legitimerade tandläkare på en allmän patientpopulation.

PRODUKTSAMMANSÄTTNING

Produkten innehåller silan och alkohol.

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Silane är avsedd att förbereda ytan av porlän eller härdat hartsprodukter, t.ex. kronor, broar, inlägg, faner, osv. för binding till dentin och emalj.

KONTRAINDIKATIONER

Inga kända.

VARNINGAR

- Använd inte denna produkt på patienter med kända allergier mot metanol.

- Undvik att exponera hud, ögon och mjukvävnad för denna produkt. Tvätta omsorgsfullt med vatten efter kontakt. Kontakta läkare vid kontakt med ögon. Får ej förtäras.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Denna produkt är avsedd att användas av legitimerade tandläkare på en allmän patientpopulation.
- Använd personlig skyddsutrustning när du använder och hanterar denna produkt.

- Återför till flaskan med produkten oredigtigt direkt efter användning.

BIVERKNINGAR

Om en allvarig händelse inträffar med denna medicinska utrustning, rapportera den till tillverkaren och till behörig myndighet i det land där användaren är baserad och/eller patienten är bosatt.

STEGVISA ANVISNINGAR

- Etta eller sandblåstra indirekta restaureringar i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Applicera Silane på restaureringens inre yta.
- Låt Silane stå på ytan 60 sekunder. Rör inte vid det med händerna.
- Torka Silane genom att blåsa på det med luft.

- Fortsätt med cementeringsproceduren enligt tillverkarens instruktioner för den cement du väljer.

RENGÖRING OCH DESINFECTERING
Håntera alltid flaskan med rena handskar. Kassa vid kontaminering.

FÖRVARING OCH KASSERING
Produkten ska förvaras vid en temperatur 2 °C – 8 °C (36 °F – 46 °F). Kylvörvaras omedelbart efter mottagande och när materialet inte används. Låt produkten nå rumstemperatur före användning.

Utgångsdatum står angivet på förpackningen. Använd inte efter utgångsdatum.

Följ alltid lokala och nationella bestämmelser för korrekt kassering.

GARANTI – Begränsning av Pentrons ansvar

Pentrons tekniska råd, skriftliga skriftliga som muntliga, är avsedda att hjälpa tandläkare använda Pentrons produkter. Tandläkaren åtar sig alla risker och allt skadestånd som kan uppstå vid felaktig användning av Pentrons produkter. I händelse av defekter i material eller utförande begränsas Pentrons ansvar, enligt Pentrons definition, till ersättning av den defekta produkten eller delen eller återbetalning av den faktiska kostnaden för den defekta produkten. För att komma i åtnjutande av denna garanti måste den defekta produkten returneras till Pentron. Under inga omständigheter ska Penton hållas ansvarigt för eventuella indirekta eller tillfälliga skador eller följskador.

UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGT ANGES OVAN GER PENTRON INGA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERSTÄLLDA, INKLUSIVE GARANTIER FÖR PRODUKTENS BESKRIVNING, KVALITET ELLER ÅRMSÄLSNULIGHET.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- Flaska

Följständigt beskrivning av symboler som används på Pentrons förpackning finns på: <http://www.pentron.com/symbols-glossary>

et - EESTI

Silane™

Praimer

Silane on ühe komponendiga adhesiivpraimer, mida kasutatakse sideme tugevuse ja kestuse suurendamiseks vajalikest materjalide ja mis tahes portselani või komposiite restauratsioonimaterjalide vahel.

See toode on ette nähtud kasutamiseks kvalifitseeritud hambaravispetsialistidele.

TOODE KOOSTIS
Toode koosneb silaanist ja alkoholist.

KASUTUSNÄIDUSTUSED
Silan on mõeldud et portselani või valguksivastatud valguühikut: (nt broonid, sillad, sisetäidised, väliskatted, laminaadid jne) dentini ja emaili sidumiseks ete valmistada.

VASTUNÄIDUSTUSED
Ei ole teada.

HOIATUSED
1. Ärge kasutage seda toodet patsientidel, kellel on teadaolev allergia metanooli suhtes.

- Vältige toote kokkupuudet naha, silmadega ja pehmekeha. Pärast kontakti peske hoolikalt veega. Laske arstil silmi üle vaadata. Mitte süstke votta.

ETTEVAATUSKÄSITAMINE
1. See toode on mõeldud kasutamiseks kvalifitseeritud hambaravivõtjatatele üldises rahisidensipoplatsioonis.

- Seda toodet kasutades ja käsitledes kasutage isukaitsesvahendeid.

- Sulgege toode pudel tihedalt kohe pärast kasutamist.

KÕRVALTOIMED
Kui selle meditsiiniseadme kasutamisel tekib tõsiselt isidente, teatage sellest tootjale ning kasutaja ja/või patsiendi arstidele pädevale asutusele.

ÜKSIKASJALIKUD JUHISED
Silane on mõeldud kasutamiseks kvalifitseeritud hambaravivõtjate üldises rahisidensipoplatsioonis.

- Söövitage või karestage kasutades restauratsioonivastavalt tootja juhiste.
- Kandke silaani restauratsioonile sisepinnale.
- Jätke silaan 60-ks sekundiks peale. Ärge katkege puudutades.
- Kuivatage silaan õhuga.
- Jätkeake tsementeerimisprotseduuril vastavalt teie valitud tsementid tootja juhiste.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE
Käsitsege pudelit alati puhaste kämetestega. Kui süstal on saastunud, ärge kasutage seda uuesti.

SÄILITAMINE JA KÕRVALDAMINE
Toodet tuleb säilitada temperatuuril 2–8 °C (36–46 °F). Hoidke külmike kohe pärast kätesaamist, samuti kasutamise vahetajatel. Laske tootel enne kasutamist soojeneda toatemperatuurini. Aegumiskuupäev on märgitud pakendil. Pärast aegumiskuupäeva mitte kasutada.

Kasutussel kõrvaldamisel järgige alati kohalikke ja riiklikke eeskirju.

PIIRATUD GARANTII – Pentroni piiratud vastutus
Pentroni süsteel ja kirjallikud nõuanded on mõeldud abiks Pentroni tootetid kasutavatele hambaravistele. Hambarast võtab endale kogu riski ja vastutuse Pentroni toodete väärast kasutamiest tuleneva kahju eest. Materjalid või töö defektid korral on Pentron vastutus piiratud, Pentroni valikut, kas defekte toote või selle osa asendamise või defekte toote tegeliku maksumuse hüvitamiseks. Selle piiratud garanti kasutamiseks tuleb defekte toote Pentronile tagasi saata. Pentron ei vastuta ühelegi juhul mistahes kadude, juhuslike või põhjuslike kahjude eest.

VÄLJA ARVATUD NEED, MIS ÜLAL SELGESEADUSLISE VALJATOODUD, EI OLE PENTRONIL GARANTIIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS KIRJELDUSE, KVALITEEDI VÕI TEATUD OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTIIISID.

SISU

- Pudel

Pentron pakenditel kasutatud sümbolite täielik selgitus asub aadressil: <http://www.pentron.com/symbols-glossary>

da - DANSK

Silane™

Primer

Silane er en enkomponentadhesivprimer, som anvendes til at forbedre bindingsstyrken og holdbarheden mellem resinsbaserede materialer og porcelæn- eller kompositfyldningsmaterialer. Dette produkt er beregnet til at blive anvendt af kvalificerede tandlæger.

PRODUKTSAMMENSÆTNING
Produktet indeholder silan og alkohol.

INDIKATIONER

Silan er beregnet til at forberede overfladen på porcelæn- eller hårde resinfabrikationer, f.eks. kroner, broer, inlays, onlays, facader osv., til binding til dentin og emalje.

KONTRAINDIKATIONER
Ingen kendte.

ADVARSLER

- Produktet må ikke bruges på patienter med kendt methanol-allergi.
- Undgå eksponering af hud, øjne og bløddere for dette produkt. Sky grundigt med vand efter kontakt. Søg lægehjælp i tilfælde af øjenkontakt. Må ikke indtages.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
1. Dette produkt er beregnet til at blive anvendt af kvalificerede tandlæger på en general patientpopulation.

- Brug personligt beskyttelsesudstyr under brug og håndtering af dette produkt.
- Luk flasken umiddelbart efter anvendelse.

KOMPLIKATIONER

I tilfælde af en alvorlig hændelse med dette medicinske udstyr skal det rapporteres til producenten og til den kompetente myndighed for det land, hvor brugeren og/eller patienten er hjemmehørende.

TRINVIS VEJLEDNING

- Ved indirekte restaureringer påføres komposit ifølge fabrikantens instruktioner.

- Påfør Silane på restaureringens indre overflader.

- Lad Silane sidde på overfladen i 60 sekunder. Rør ikke med fingrene.

- Tør Silane af med luft.

- Fortsæt med cementeringsproceduren i henhold til producentens anvisninger for den valgte cement.

RENGØRING OG DESINFECTING

Håndter altid flasken med rene handsker. Må ikke genbruges, hvis den kontamineres.

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE
Produktet bør opbevares ved 2 °C til 8 °C (36 °F til 46 °F). Nedkal omgående produktet efter modtagelse, og når det ikke er i brug. Produktet skal nå stuetemperatur før brug.

Udløbsdatoen er angivet på emballagen. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Følg altid lokale og nationale bestemmelser vedrørende korrekt bortskaffelse.

BEGRENSET GARANTI – Begrænsning af Pentrons ansvar
Pentrons tekniske råd, hvad enten mundtligt eller skriftligt, er blevet udfærdiget til at hjælpe tandlægere med at anvende Pentrons produkter. Tandlægen påtager sig alle risici og ansvar for skader, der opstår ved fejler brug af Pentrons produkt. I tilfælde af fejl i materiale eller fremstilling er Pentrons ansvar, efter Pentrons valg, begrænset til erstatning af det defekte produkt eller en del heraf eller tilbagebetaling af den faktiske omkostning for det defekte produkt. For at gøre brug af denne begrænsede garanti skal det defekte produkt returneres til Pentron. Pentron er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte, uforudsigede eller følgeskader.

MEMORAND ANDET UTRYCKELIGT ER ANGIVET HEROVER, GER PENTRON INGEN GARANTIER, HVERKEN UTRYCKELIGE ELLER UNDERSTÅEDE, HERUNDER GARANTIER MED HENSYN TIL BESKRIVELSE, KVALITET ELLER EGMETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

INDHOLDSFØRTEGNELSE

- Flaske

Udførlig forklaring på symboler anvendt på Pentron emballage findes på: <http://www.pentron.com/symbols-glossary>

bg - БЪЛГАРСКИ

Silane™

Праймер

Silane е еднокомпонентен адхезивен праймер, използван за увеличаване силата на свързване и устойчивостта на комбинацията от материали на основата на смоли и вскажва порцеланов или композитен материал за възстановяване.

Този продукт е предназначен за използване само от квалифицирани дентални специалисти.

СЪСТАВ НА ПРОДУКТА
Продуктът съдържа силиан и спирт.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Silane е предназначен за подготвяне на повърхността на конструкции от порцелан или полимизирани смоли, напр. корони, мостове, инлеи, онлеи, фасетки и т.н., за свързване с дентина и емайла.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма известни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1. Този продукт да не се използва, ако пациентът има алергии към метанол.

- Да се избягва контакт на продукта с кожата, очите и меките тъкани. След контакт изплакнете обилно с вода. При контакт с очите се консултирайте със специалист. Само за външна употреба.

